



NECKOK

Ref. TO0100 Putu gumijas kakla apkakle

APRAKSTS

Medicīniskais ortopēdisks atbalsts mugurkaula kakla daļas stabilizēšanai. Putu gumijas konstrukcija un anatomiskā forma veicina kakla muskuļu atslābināšanos, nodrošinot pacientam komfortu un labsajūtu. Viegla, ērta un vienkārši uzliekama apkakle, kas netraucē elpošanu un asinsriti.

ĪPAŠĪBAS

- Pusstingra putu gumijas konstrukcija.
- Hipoalerģisks audums.
- Aizmugurējs Velcro aizdares stiprinājums.
- Rentgenstaru caurlaidīga.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Terapeitiska, neinvazīva medicīniska ierīce stājas problēmu korekcijai.

INDIKĀCIJAS

Viegls kakla sastiepums (pātagas cirtiena trauma) • greizais kakls
• mugurkaula kakla daļas artroze • ar kakla daļu saistīts reibonis.

UZLIKŠANA

1. Novietojiet apkakli ar ieliekto malu uz augšu un Velcro aizdari uz ārpusi.
2. Atbalstiet zodu uz ieliektās malas.
3. Aizveriet apkakli ar Velcro aizdari, pielāgojot to pēc nepieciešamības.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



NECKOK

Ref. TO0100 Putu gumijas kakla apkakle

LIETOTĀJI UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tenortho ierīces parasti ir paredzētas pieaugušajiem un personām, kas vecākas par 12 gadiem. Izstrādājumu drīkst lietot tikai paredzētajam mērķim (skatīt lietošanas instrukcijas sadaļu "Indikācijas"). Dažas ierīces, kurām ir pieejami bērnu izmēri vai kuras izgatavo pēc individuāliem mērījumiem, var lietot arī bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecēm pirms tādu ierīču lietošanas, kas var ietekmēt dzemdi (kakla apkakles ar krūšu kaula un muguras stabilizatoriem, jostas daļas atbalsta jostas, korsetes, pleca un gūžas ortozes u. c.), jāievēro piesardzība un jākonsultējas ar ārstu. Īpaša uzmanība un rūpīgs ārsta izvērtējums nepieciešams, lietojot ortozes, kas var traucēt elpošanu pacientiem ar slimībām vai elpošanas grūtībām (hiperekstenzijas ortozes, korsetes, kakla apkakles, pleca ortozes u. c.). Izstrādājumu ar magnētterapijas funkciju (TO1308MG - TENOMAG) nedrīkst lietot grūtnieces un personas ar implantējamām ierīcēm (elektrokardiosimulatoriem, defibrilatoriem vai fiksētiem implantiem). Skatīt magnētterapijas ierīces ražotāja lietošanas instrukciju.

KOPŠANA

Ja iespējams, pirms mazgāšanas izņemiet šinas un metāla rāmjus. Mazgājiet ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm, pēc tam izskalojiet tīrā ūdenī. Žāvējiet prom no siltuma avotiem. Ja rodas problēmas vai ir nolietotas detaļas, kuras jāmaina, sazinieties ar ortopēdijas tehniķi. Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ierīce nedrīkst radīt spiedienu uz traumētām vai pietūkušām ķermeņa daļām. Ja rodas šaubas par uzlikšanu, konsultējieties ar ortopēdijas tehniķi. Nelietojiet ierīci atklātas liesmas tuvumā.

VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības uzraudzību un pēc iespējas drošāku Tenortho izstrādājumu lietošanu, lūdzam ziņot par jebkādam nopietnām nevēlamām reakcijām, kas rodas izstrādājuma lietošanas laikā, rakstot uz e-pastu: ufficiotecnico@tenortho.com

Par notikumu ziņojiet arī kompetentajām iestādēm.

BRĪDINĀJUMI

Ierīces lietošana jānorāda vai jāizraksta ārstam, un tā jāuzliek ortopēdijas tehniķim, kurš ir kompetentais speciālists gan uzlikšanas, gan drošas lietošanas jautājumos. Ierīce jāuzliek īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu tās efektivitāti, panesamību un pareizu darbību. Par jebkādam konstrukcijas vai citām izmaiņām jālemj ārstam, un tās jāveic ortopēdijas tehniķim. Izstrādājumu ieteicams lietot individuāli. Ierīces tiešs kontakts ar ādu īpaši jutīgām personām var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Nelieciet izstrādājumu uz bojātas ādas. Nepanesības gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu.

UTILIZĀCIJA

Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē. Utilizējiet to saskaņā ar jūsu pašvaldībā un/vai valstī spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Izstrādājums nerada piesārņojuma risku.

GARANTĪJA

Tenortho apliecina, ka izstrādājums ir pareizi izgatavots no augstākās kvalitātes materiāliem, ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un tas atbilst spēkā esošajiem standartiem un tiesību aktiem. Tenortho apņemas novērst jebkuru defektu, kvalitātes trūkumu vai izstrādājuma neatbilstību, par ko ir atbildīgs ražotājs un kas rodas 6 (sešu) mēnešu laikā no izstrādājuma piegādes, ja par to paziņots nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc defekta vai bojājuma atklāšanas. Tenortho var izvēlēties bojāto izstrādājumu salabot vai nomainīt. Garantijas ietvaros nomainītiem vai salabotiem izstrādājumiem piemēro tādu pašu 6 (sešu) mēnešu garantiju no remonta vai nomaiņas dienas. Atbilstības trūkumi un līdz ar to likumā paredzētā garantija neietver defektus vai bojājumus, kurus izraisījuši nejauši notikumi vai par kuriem ir atbildīgs lietotājs (piemēram, neuzmanība, netīrīšana vai nepareiza tīrīšana), izstrādājuma lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim vai dabisks nolietojums. Saglabājiet iepakojumu, etiķetes un pirkuma čeku, lai nodrošinātu partijas izsekojamību.



Mazgāt ar rokām
siltā ūdenī



Nežāvēt veļas
žāvētājā



Negludināt



Nebalināt



Izstrādājums atbilst ES Regulai 745/2017 - izdots 04/2021 - red. 0
Sertificēts uzņēmums: kvalitātes sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016



Ražotājs

REF

Preces numurs

LOT

Partijas numurs



Medicīniska ierīce