TSA - Īkšķa ortoze

LV PLAUKSTAS ORTOZE

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts
Īkšķa ortoze ar regulējamu atbalstu īkšķa karpometakarpālajai (CMC) un metakarpofalangeālajai (MCP) locītavai. Lokana, izņemama atbalsta šina ierobežo CMC un MCP locītavu kustības, atstājot starpfalangu (IP) locītavu brīvu.

Lietošana (skatiet attēlus)
1. Atveriet līplentes aizdari un pilnībā izklājiet ortozi.
2. Ievietojiet roku ortozē (skatiet 2. attēlu).
3. Aizveriet līplentes aizdari ap īkšķi.
4. Aizveriet līplentes aizdari ap plaukstas locītavu.
5. Nepievelciet pārāk cieši. Ja nepieciešams, pielāgojiet piegulšanu komfortam, pārliecinoties, ka šina atrodas pareizā pozīcijā.

Lietošanas indikācijas
Nodrošina īkšķa CMC un MCP locītavu atbalstu dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, kā arī pirms un pēc operācijas, piemēram:
• artrīta gadījumā;
• saišu un muskuļu sastiepumu gadījumā;
• mīksto audu traumu un saslimšanu gadījumā;
• nestabilitātes gadījumā.

Kontrindikācijas
• Nelietot uz vaļējām brūcēm.
• Zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret jebkuru izstrādājuma sastāvā norādīto materiālu.
• Jāievēro piesardzība, nozīmējot pacientiem ar diabētu, asinsvadu mazspēju vai neiropātiju.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.
• Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
• Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
• Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
• Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
• Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
• Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
• Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana
1. Aizveriet visas līplentes siksnas un izņemiet metāla šinu.
2. Mazgājiet ortozi ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.
8. Pirms ortozes atkārtotas lietošanas ievietojiet metāla šinu atpakaļ. Pārliecinieties, ka tā ir ievietota pareizā virzienā un pabīdīta zem kabatas malas jeb atlocījuma.

Uzglabāšana un transportēšana
Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija
Iepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums
Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.

MD **MEDICĪNISKA IERĪCE**

VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI

UZMANĪBU

Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk

EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

©2023 Promedics Orthopaedics Ltd. All Rights Reserved.

TSAIFUC revised 8/23