SKATIETIES INSTRUKCIJU VIDEO


Skenējiet tālāk norādīto QR kodu vai apmeklējiet mūsu vietni, lai skatītu mācību video



PAMĀCĪBU VIDEO: IEMĀCIETIES LIETOT IWALK, VEICOT 3 VIENKĀRŠAS DARBĪBAS

1 MONTĀŽA

iWALK3.0 montāža ir vienkārša, ātra un tai nav vajadzīgi instrumenti



2 PIELĀGOŠANA

PIELĀGO IWALK SAVAI KĀJAI

PAREIZA PIELĀGOŠANA IR ĻOTI BŪTISKA! BET TĀ IR VIENKĀRŠA, JA SEKOSI MŪSU VIDEO PAMĀCĪBAI. PIELĀGO IWALK TĀ, LAI TAS DERĒTU TEV PERFEKTI.



3 TAVI PIRMIE SOĻI AR IWALK

Mūsu video pamācībā parādīts kā stāvēt, staigāt, izmantot trepes, uzlikt un noņemt.



NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA? NEESI APMIERINĀTS?

Trūkst detaļas? Montāžas sarežģījumi? Problēmas ar pielāgošanu?

Pirms atgriešanas sazinies ar mūsu atbalsta komandu:

+371 22472140
No pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 16:00

info@medikom.lv

Or visit
www.iwalk-free.com/support

Skatieties šeit, kā pārsaiņot iWALK kruķi

Vai apmeklē
www.iwalk-free.com/warranty-and-return/return/repackaging/

Normatīvā un atbilstības informācija

- Paziņojums par paredzēto lietošanu: Šī ierīce paredzēta lietošanai vienam cilvēkam, kurš sver mazāk par 126 kg un kuram staigāšanas laikā nepieciešams atslogot vienas kājas apakšstilbu un pēdu, vienlaikus neizmantojot citas palīgierīces (spieķi vai kruķi) iekštelpās vai āra vidē gaisa temperatūrā no 0°C līdz 40°C.
- Paredzamais produkta kalpošanas laiks: 150 dienas ar 6000 soļu kopskaitu dienā smagākajam lietotājam; mazākam lietotājam paredzēts ilgāks laiks.
- Kopšanas instrukcijas: Noskalojiet ar tīru ūdeni, pēc tam ļaujiet nožūt, nodrošinot, ka uz ierīces nepaliek ūdens.

⚠ Ierīce nav paredzēta lietošanai bez uzraudzības pacientiem ar ievērojamām līdzsvara problēmām vai kognitīviem traucējumiem.

⚠ Lietotājiem ar kognitīviem traucējumiem ir jāmeklē palīdzība no personas, kas ir kvalificēta ierīces lietošanā.

⚠ Lietojiet ierīci tikai pēc pareizas montāžas saskaņā ar kvalificēta personāla norādījumiem.

⚠ Ja lietošanas instrukcija nav saprotama, iesakām meklēt kvalificētu atbalstu.

⚠ Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai vienam lietotājam, nevis nomai vai tālākpārdošanai.

⚠ Aizdegšanās: Šajā ierīcē nav iekļauti pašdziestoši vai ugunsdroši materiāli.

⚠ Nepakļaujiet ierīci ārējiem siltuma avotiem vai atklātai liesmai. Neuzglabājiet un neatstājiet tiešos saules staros un nelietojiet, ja ierīce ir uzkarsusi.

⚠ Nelieciet pirkstus caurumos un/vai V-veida atverēs.

⚠ Nenorijiet nevienu ierīces sastāvdaļu. Nemontējiet un neizjauciet ierīci mazu bērnu klātbūtnē.

⚠ Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja ir kādi mīksto audu bojājumi, kas saistīti ar ierīces lietošanu vai valkāšanu.

⚠ Ierīce nereaģē uz verbālām vai telepātiskām komandām.

⚠ Ierīcei nav remontējamu detaļu. Nomainot kādu ierīces daļu, ievērojiet sākotnējās montāžas instrukcijas.

⚠ Ierīce satur metāla detaļas. NEVALKĀT UN NELIETOT medicīnisku attēldiagnostikas izmeklējumu, tai skaitā MR izmeklējuma, laikā.


Foreign Language Versions / Svešvalodu versijas
www.iwalk-free.com/user-manuals/

iWALKFree Inc.
130 North Marina Drive
Long Beach, CA, 90803 USA

EC REP **ce**partner**4U** , Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, The Netherlands


IWF10450 revL

ⓘ Sagatavojiet šo diagrammu, zvanot iWALK tehniskajam atbalstam.



iWALKFree Tehniskais atbalsts
www.iwalk-free.com/support
+371 22472140
info@medikom.lv

iWALK 3.0
Hands Free Crutch
Lietošanas Instrukcija



Foreign Language Versions / Svešvalodu versijas
www.iwalk-free.com/user-manuals/