




Influ A+B K-SeT

Ātrās diagnostikas tests A un B tipa gripas vīrusu in vitro noteikšanai no nazofarneksa sekrēciju mazgājumiem vai aspirātiem.

- Ērti lietojams
- Viegli nolasāmi rezultāti
- Specifisks
- Ar augstu jutību
- Ar augstu ticamību
- Ātrs (15 min.)

Influ A+B K-SeT



Veiktspēja atkarībā no kultūras (n=97)

Specifiskums	100%	95% ticamības intervāls
Jūtība	90.9%	(91.6 to 100%)
PPV	100%	(77.4 to 97%)
NPV	93%	(89.1 to 100%)
Precizitāte	95.9%	(82.2 to 97.7%)

Priekš plašākas tehniskās informācijas

client.care@corisbio.com

Informācija par pasūtīšanu

Produkta nosaukums	Apraksts	Uzglabāšana	Kods
Influ A+B K-SeT	20 kasetes, buferšķīdums	4°C to 30°C	K-1212
Influ A+B K-SeT	20 kasetes, buferšķīdums, 20 savākšanas kociņi, 20 pudelītes – pilinātāji.	4°C to 30°C	K-1512
Influ-A&B Respi-Strip	25 testi, buferšķīdums	4°C to 30°C	C-1012
Influ-A&B Uni-Strip	10 individuāli stripi, buferšķīdums, paraugu ņemšanas materiāls	4°C to 30°C	C-1512

Testu tūbiņas, vates kociņi, pipete parauga pārņemšanai, tūbiņu turētā

Visi diagnostikas materiāli pieejami Coris BioConcept katalogā:

Adenovīruss, Adenovīruss (Elpceļos), Adenovīruss 40 and 41, *Clostridium difficile*, Liellopu Koronavīruss, *Cryptosporidium*, *Escherichia coli* O157, *Escherichia coli* K99, Giardia, Helicobaktērija pylori, Gripas A un B vīrusi, *Legionella pneumophila*, Respiratori Sincitālais Vīruss, Rotavīruss. Meflokvīns, Proguanila. *Leishmania spp.*, *Trypanosoma cruzi*, *P. aeruginosa* efflux.

Izplatītājs Latvijā:

Tulkojums pareizs

Tulkoja: Laima Beikmane, p.k. 121293-13736

Rīgā,
28.11.2019

RAŽOTS BEĻGIJĀ
October 2013

SIA "Medilink"
Višķu iela 2 k-1,
Rīga,
LV-1063,
Latvija